

小榄人民医院采购需求书《B类》

表 1

采购需求书

申请科室	重症医学科一区
项目名称	维修-软性喉镜(日本宾得-FI-16RBS)
预算金额	16000 元
数量	1 台
采购要求	<p>一、设备故障情形：</p> <p>1. 设备出厂编号为 A160253 的软性喉镜(日本宾得-FI-16RBS)故障情形：导像束于插入管凹陷处受折，图像大量黑点，插入管多处严重受压凹陷，钳道管距先端插入管凹陷处严重卡顿，由于插入管严重受压凹陷导光束于插入管凹陷处受折，角度系统角度严重不足，吸引座边缘胶水破损。</p> <p>二、资质要求：营业执照经营范围须有医疗器械维修</p> <p>三、技术要求：</p> <p>1. 设备更换导像束，插入管，钳道管，角度钢丝，弯曲橡皮，弯曲外网，导光束等配件。</p> <p>2. 维修后设备图像小于等于 3 个黑点以内，插入管平整无凹陷，钳道管平顺无卡顿，角度系统上 160 度下 180 度，测漏无漏水漏气。</p> <p>3. 维修后由相应科室负责验收，验收合格后付款。</p> <p>4. 验收合格之日起，中标供应商须提供配件质保至少为 6 个月。</p> <p>5. 维修时，所有风险均由中标供应商承担，若因维修质量问题导致设备损坏或无法使用，则由中标供应商负责修复至出厂标准，所需费用由中标供应商负责。</p>