

# 采购需求书

## 一、总则：

- 1. 投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
- 2. 招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
- 3. 本项目不接受联合体投标，中标供应商不得以任何方式转包本项目。
- 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。
- 5. ★投标供应商应符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
- 6. 本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

## 二、基本需求

项目名称	需求科室/部门	数量（套）	可收费项目名称
快速组织脱水机	病理科	1	快速石蜡切片检查与诊断

核心产品：快速组织脱水机，保障组织处理过程在 30min-90min 内完成，实现当天发具病理诊断报告。

用途：临床送检的各种小标本病理组织，快速完成脱水环节，进而推动整个病理制片流程快速进行，实现当天送检当天就能拿到病理诊断报告，减少患者等待诊断结果的时间，有助于医生及时制定后续的治疗方案，提高医疗服务的及时性和质量。

### 三、技术参数：

序号	参数要求
1	采用高频超声技术及其配套试剂。试剂要求不含二甲苯，对科室的工作环境没有污染，不影响工作人员健康。
2	试剂完全实现自动添加、自动排放。
3	标本处理量： $\geq 32$ 个组织/周期。
4	保障组织处理过程在 30min-90min 内完成。
5	具有内置冷凝，试剂回收的设计。
6	采用内置冷却恒温系统
7	高低液位安全控制及故障自动检测报警系统。
8	采用自动升降门，带智能化防压保护功能。
9	脱水缸内槽：容量至少 2.5L
10	浸蜡缸内槽：容量至少 2.5L
11	高清触摸屏操作，数据采集、存储、可实现数据端口开放。
12	工作噪音： $\leq 70\text{dB}$ ；工作周期：1 小时（可自行设置）。
13	工作数据可以保存 3 年以上
14	总功率： $\leq 1700\text{W}$ ，单步骤最大功率： $\leq 1500\text{W}$
15	<b>耗材成本：<math>\leq 45</math> 元/例</b>
16	设备使用年限 $\geq 5$ 年

### 四、每套设备配置要求（包含但不限于以下）：

序号	名称	数量
1	主机	1 台
2	脱水篮	2 个
3	排液管	1 根
4	排蜡管组件	1 根
5	活性炭过滤器	3 件
6	抽液管组件	2 根
7	铝箱排气管	1 根
8	防冻液	1 瓶
9	石蜡清洁铲	1 件
10	产品使用说明书/简易操作流程	1 份

11	专用试剂	1 套
----	------	-----

## 五、设备配套耗材/试剂

- ★1. 响应供应商必须对开展本项目所包含的主要试剂耗材及配套耗材（如质控品、校准品、清洗液等）的清单；
- 2. 对主要试剂耗材进行报价（含每人份单价和按供货规格整体报价）；
- 3. 配套耗材不再单独报价，成本由供应商自行列入主要试剂耗材每人份成中。
- 4. 所投设备的可收费配套耗材须有正规国家医保耗材码。

## 六、商务要求：

### 1. 交货及安装、验收要求

- 1.1 交货地点：采购人指定地点。
- 1.2 交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起 30 日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。
- 1.3 合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过 3 个月，进口设备不超过 12 个月。
- 1.4 中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。
- 1.5 中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
- 1.6 验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

- ★1.7 投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容：

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

- 1.8 乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

### 2. 售后服务要求

- 2.1 中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

- ★2.2 中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少

为 5 年。

2.3 在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为 4 小时内，排除故障时限为到达现场后 8 小时内。

2.4 如果产品故障在检修 12 小时后仍无法排除，中标供应商应在 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

2.5 保修期后维修时，如需更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

2.6 中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

### 3. 付款方式

★3.1 本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

- （1）合同；
- （2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；
- （3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

#### ★3.2

具体付款方式：本合同分二期支付，第一期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的 95% 的款项。第三期：合同总金额的 5% 的款项在 质保期 后无息支付。

需按照检测项目所需要使用的耗材进行填写，如一个检测项目需要多个试剂（含定标液、清洗液、质控品等），在同一个检测项目名称下增加行数，但“单人份耗材成本”只按照检测项目名称一对一对应。

[illegible]